

SID-Tracking (ADR mit anschließender Reduzierung der Röhrenstromstärke bei Verminderung des Brennfleck-BV-Abstandes, wobei über die Reduktion der Röhrenstromstärke überproportional zu $1/r^2$ die Oberflächendosisleistung in der Nutzstrahlung herabgesetzt wird) bei High-Level Mode	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsgerät mit der Möglichkeit für Spezialeinstellung entsprechend Der Untersuchungsart	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsgerät mit der Möglichkeit für Spezialeinstellung (C- oder U-Bogen-Gerät) zur Ventrikulographie und Koronarangiographie, insbesondere sog. halbaxialer Aufnahmen	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Bei Ein-Ebenen Arbeitsplatz: automatische Winkeleinstellung bzw. automatische Winkelanzeige	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
<u>Speichermöglichkeit:</u> (250 - 1200 Bilder)				_____ Bilder
Variable Kontrast- und Helligkeitsverstärkung	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Last Image Hold bzw. Last Image Run/Bildspeicherung	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Gerätetechnische Orientierungshilfe für Katheterführung (z.B. Roadmapping)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Zusatzfilter: mindestens 0,1 mm CU-Äquivalent für Durchleuchtung	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Card-Blende (Irisblende; bei Overframing: Rechteck- und halbtransparente Blende)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>

b. DSA-Einrichtung

Hersteller: _____ Gerätebezeichnung _____

Anodenspeicherkapazität mind. 200 kW sec. ja nein - Dauerleistung 300 W ja nein Fernsehkette: (1000:1,5)

Signal : Rauschverhältnis _____ : _____ -Bandbreite _____ Mhz

Bildverarbeitung: (512x512,8,50)

Matrix _____ x _____ Pixel, _____ bit, _____ Hz Frequenz mind. _____ Bilder/Sec.

Der Hersteller/Lieferant übernimmt die Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben._____
Ort_____
Datum_____
Stempel und Unterschrift der
Hersteller-/Lieferfirma