

# Anleitung für die Datenkorrektur in der sektorenübergreifenden QS

## 1. Darstellung der Rückmeldungen im KV-SafeNet-Portal:

Melden Sie sich wie gewohnt im SafeNet-Portal\* an und wählen dort den Menüpunkt „sQS Nierensatztherapie“ aus. Für diese Schritte nutzen Sie bitte die Anleitung zur Übermittlung der Daten-Exportdateien.

Wählen Sie den Button Datei(en) übertragen / Rückmeldungen einsehen aus.



Wählen Sie die Datei aus, die Sie einsehen möchten.

Datum	Dateiname	Status	Protokolle/ Rückmeldungen
06.11.2020	278C9E87-DA45-6239-9372-B622BC992C09_Q_LE.xml	Abgeschlossen	☰
05.11.2020	278C9E87-DA45-6239-9342-B622BC992C09_Q_LE.xml	Abgeschlossen	☰
05.11.2020	278C9E87-DA45-5239-9342-B622BC992C09_Q_LE.xml	Beantwortet	☰
05.11.2020	278C7E87-DA45-5239-9342-B622BC992C09_Q_LE.xml	Abgeschlossen	☰

Datum	Dateiname/ Info	Status	XML
06.11.2020	DA 278C9E87-DA45-6239-9372-B622BC992C09_QD_DAS.xml	Abgeschlossen	📄
06.11.2020	BAS* 278C9E87-DA45-6239-9372-B622BC992C09_QD_BAS.xml	Beantwortet	📄
06.11.2020	DAS* Ihre Dateneinsendung konnte erfolgreich eingelesen und an die Vertrauensstelle weitergeleitet werden. Ein umfassendes Datenflussprotokoll über die Prüfergebnisse der Datenannahmestelle, der Vertrauensstelle und der Bundesauswertungsstelle erhalten Sie von uns in den nächsten 24 Stunden.	Versendet	

Wählen Sie die Datei (Auge) aus, können Sie diese direkt einsehen. Wenn Sie die Datei für Ihre Unterlagen herunterladen möchten, wählen Sie unter „XML“ das Symbol zum Herunterladen aus.

## 2. Protokoll einsehen

Zeigt der Status des Protokolls „OK“ an, besteht kein Handlungsbedarf

Dokument-Status: OK					
» Verarbeitete Datensätze je Datencontainer					
Modul	insgesamt übermittelt	neu angelegte Datensätze	aktualisiert	gelöscht	fehlerhaft
DIAL_KV	4	4	0	0	0
» Validierungsdetails ein/aus					
<b>Softwarehersteller</b> MedVision AG (251) Heinrich-Hertz-Str. 9 D-59423 Unna		tel: +49 2303 25202-910 fax: +49 2303 25202-603 info@medvision.de			
Validierung 1	2020-07-03T14:50:14	Schema	OK		
Validierung 2	2020-07-03T14:50:18	Spezifikation	OK		
Validierung 3	2020-07-06T08:44:51	Schema	OK		
Validierung 4	2020-07-06T08:44:56	Spezifikation	OK		
<b>Datenannahmestelle</b> Kassenärztliche Vereinigung Hessen (bu31008) Europa-Allee 90, 60486 Frankfurt		tel: 069.24741-6644 fax: 069.24741-68644 sqs_test_protokolle@kvhessen.de			
Validierung 5	2020-07-07T11:54:24	Schema	OK		
Validierung 6	2020-07-07T11:54:32	Spezifikation	OK		
Validierung 7	2020-07-07T11:54:32.689Z	Spezifikation	OK		
Validierung 8	2020-07-07T11:54:48	Schema	OK		
<b>Vertrauensstelle</b> VST-PSN-Portal (bu20000)		tel: - fax: -			
Validierung 9		Schema	OK		
<b>Vertrauensstelle</b> VST-PSN (bu20000)		tel: - fax: - vst-psn@vertrauensstelle-gba.de			
Validierung 10		Dechiffrierung	OK		
Validierung 11		PID_Pseudonym	OK		
<b>Bundesauswertestelle</b> Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (BU00100) Katharina-Heinroth-Ufer 1; D-10787 Berlin		tel: (030) 58 58 26 - 340 fax: (030) 58 58 26 - 999 verfahrensupport@iqtig.org			
Validierung 12	2020-07-07T11:56:28.202+02:00	LE_Pseudonym	OK		

Zeigt das Protokoll den Dokumenten-Status „WARNING/ERROR“ an, ist eine weitere Bearbeitung erforderlich

Dokument-Status: ERROR					
» Verarbeitete Datensätze je Datencontainer					
Modul	insgesamt übermittelt	neu angelegte Datensätze	aktualisiert	gelöscht	fehlerhaft
DIAL_KV	0	0	0	0	0
» Validierungsdetails ein/aus					
<b>Softwarehersteller</b> MedVision AG (251) Heinrich-Hertz-Str. 9 D-59423 Unna		tel: +49 2303 25202-910 fax: +49 2303 25202-603 info@medvision.de			
Validierung 1	2020-07-03T14:50:14	Schema	OK		
Validierung 2	2020-07-03T14:50:18	Spezifikation	OK		
Validierung 3	2020-07-06T08:44:51	Schema	OK		
Validierung 4	2020-07-06T08:44:56	Spezifikation	OK		
<b>Datenannahmestelle</b> Kassenärztliche Vereinigung Hessen (bu31008) Europa-Allee 90, 60486 Frankfurt		tel: 069.24741-6644 fax: 069.24741-68644 sqs_test_protokolle@kvhessen.de			
Validierung 5	2020-07-07T11:43:07	Schema	OK		
Validierung 6	2020-07-07T11:43:16	Spezifikation	OK		
Validierung 7	2020-07-07T11:43:18.576Z	Spezifikation	ERROR		

Anklicken der „WARNINGS/ERROR“ in den jeweiligen Validierungsstufen öffnet eine Fehlerliste. Es wird die Vorgangsnummer angezeigt und der Fehler erläutert.

Den entsprechenden Fall finden Sie in Ihrem PVS-System. Nutzen dafür bitte die Anleitung Ihres Softwareherstellers.

Bei Rückfragen zur Übertragung der Dateien im SafeNet-Portal sowie zum sektorenübergreifenden QS-Verfahren im Allgemeinen steht Ihnen in der KV Hessen Herr Tobias Fischer, Tel. 069 / 24741-6502, E-Mail: sqs@kvhessen.de, zur Verfügung.